



Zapytania i odpowiedzi
do konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań
Rentgenodiagnostyki obrazowej (RTG) zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWK”

Pytanie 1

Czy Udzielający Zamówienia potwierdza, że w przypadku wykonywania świadczeń z użyciem aparatu RTG należącego do Udzielającego zamówienia, obowiązek zapewnienia:

- serwisu sprzętu,
- przeglądów technicznych,
- dopuszczenia aparatury do użytkowania,
- nadzoru fizyka medycznego,
- inspektora ochrony radiologicznej

pozostaje po stronie właściciela sprzętu, tj. Udzielającego zamówienia, natomiast po stronie Przyjmującego zamówienie pozostaje wyłącznie zapewnienie wykwalifikowanego personelu techników elektroradiologii do wykonywania badań i obsługi aparatu zgodnie z jego przeznaczeniem?

Odpowiedź:

W przypadku wykonywania świadczeń z użyciem aparatu RTG należącego do Udzielającego zamówienia Udzielający zamówienia zapewni:

- serwis sprzętu,
- przeglądy techniczne,
- dopuszczenie aparatury do użytkowania,
- nadzór fizyka medycznego,
- inspektora ochrony radiologicznej.

Natomiast po stronie Przyjmującego zamówienie w zakresie w/w aparatu RTG pozostanie wyłącznie zapewnienie wykwalifikowanego personelu techników elektroradiologii do wykonywania badań i obsługi aparatu zgodnie z jego przeznaczeniem.

W związku z powyższym w umowie zostanie usunięty § 1 ust. 4.

Pytanie 2.

Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na zmianę § 1 ust. 4 oraz § 1 ust. 8–9 w taki sposób, aby Przyjmujący zamówienie ponosił odpowiedzialność wyłącznie za szkody i uszkodzenia sprzętu wynikające z jego niewłaściwego użytkowania przez personel Przyjmującego zamówienie, bez przejmowania obowiązków właścicielskich związanych z serwisem, przeglądami, fizyką medyczną i ochroną radiologiczną?

Odpowiedź:

Udzielający zamówienia wyraża zgodę na zmianę §1 ust. 4 oraz §1 ust. 9 (błędnie wskazano ust.8-9) w taki sposób, aby przyjmujący zamówienie ponosił odpowiedzialność za szkody i uszkodzenia sprzętu wynikające z jego niewłaściwego użytkowania przez personel przyjmującego zamówienie przez personel Przyjmującego



zamówienie, bez przejmowania obowiązków właścicielskich związanych z serwisem, przeglądami, fizyką medyczną i ochroną radiologiczną.

W związku z powyższym w umowie zostanie usunięty § 1 ust. 4:

W związku z powyższym w umowie zostanie dokonana zmiana §1 ust. 9:

„9. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zapewnienia wszelkiej aparatury medycznej niezbędnej do wykonywania świadczeń objętych niniejszą umową, w szczególności aparatu RTG, z zastrzeżeniem §1 ust.3. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za sprawność techniczną aparatury (Przyjmującego zamówienie), jej serwis, przeglądy oraz dopuszczenie do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa”

Pytanie 3

Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na zmianę § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 projektu umowy poprzez zastąpienie kary umownej w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony przypadek / każdy dzień naruszenia karą w wysokości 20% wartości danego świadczenia, którego dotyczy naruszenie, oraz poprzez wprowadzenie zasady, że kara umowna może zostać naliczona dopiero po uprzednim wezwaniu Przyjmującego zamówienie do usunięcia naruszenia i bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu? Obecnie przewidziana kara 100 zł jest nieproporcjonalna do wartości jednostkowych badań RTG, ponieważ wartość pojedynczego badania bywa niższa niż wysokość samej kary.

Odpowiedź:

Udzielający zamówienia wyraża zgodę na zmianę §5 ust. 1 pkt. 1 i 2 projektu umowy zgodnie z proponowanym zapisem. W związku z powyższym w umowie zostanie dokonana zmiana §5 ust. 1 pkt 1 i 2:

„1. Przyjmujący zamówienie zapłaci Udzielającemu zamówienie kary umowne:

- 1) za zwłokę w dotrzymaniu terminu o którym mowa w § 2 ust. 2 w wysokości 20 % wartości danego świadczenia, którego dotyczy zwłoka za każdy dzień zwłoki,
- 2) za naruszenie obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 8 w wysokości 20 % wartości danego świadczenia, niewykonanego w skutek naruszenia za każdy dzień braku zapewnienia realizacji umowy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 9”

Ponadto Udzielający zamówienie wyraża zgodę na uzupełnienie projektu umowy poprzez dodanie w § 5 ust. 6 o treści:

„6. Kara umowna o której mowa w ust. 1 może zostać naliczona po uprzednim wezwaniu Strony naruszającej do usunięcia naruszenia, wyznaczającym odpowiedni termin, oraz po bezskutecznym upływie tego terminu”.

Pytanie 4

Czy Udzielający zamówienia wyrazi zgodę na uzupełnienie projektu umowy o postanowienie, zgodnie z którym planowe przeglądy techniczne, konserwacje oraz inne czynności serwisowe aparatu RTG należące do Udzielającego zamówienia, wynikające z zaleceń producenta, obowiązujących przepisów lub zasad prawidłowej eksploatacji, nie będą stanowiły niewykonania ani nienależytego wykonania umowy przez Przyjmującego zamówienie, ani podstawy do naliczania kar umownych, a łączny dopuszczalny czas takich planowych przerw będzie wynosił do 10 dni roboczych w okresie 12 miesięcy obowiązywania umowy?

Odpowiedź:

Udzielający zamówienia wyraża zgodę na uzupełnienie projektu umowy zgodnie z propozycją, pod warunkiem uprzedniego poinformowania Udzielającego zamówienie o planowanych czynnościach. W związku z powyższym w umowie zostanie dokonana zmiana poprzez dodanie ust. 7 w § 5 o treści:

„7. Planowane przeglądy techniczne oraz inne czynności serwisowe aparatu RTG należącego do Udzielającego zamówienie, wynikające z zaleceń producenta, obowiązujących przepisów lub zasad prawidłowej eksploatacji nie będą stanowiły niewykonania ani nienależytego wykonania umowy przez Przyjmującego zamówienie, ani podstawy do naliczania kar umownych, pod warunkiem że łączny czas takich planowych przerw będzie wynosił do 10 dni roboczych w każdym okresie 12 miesięcy obowiązywania umowy. Przyjmujący zamówienie jest obowiązany uprzednio poinformować Udzielającego zamówienie o planowanych w/w czynnościach.”

Pytanie 5

Czy Udzielający zamówienia dopuszcza złożenie oferty wyłącznie w zakresie badań RTG, bez wyceny pozycji 80 i 81 formularza ofertowego, dotyczących godzinowej obsługi aparatu „Ramię C” oraz aparatu RTG przyłóżkowego, ewentualnie czy pozycje te zostaną wykreślone z formularza i odpowiednio z projektu umowy?

Odpowiedź:

Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na częściowe złożenie oferty.

Pytanie 6

Czy Udzielający zamówienia wyrazi zgodę na uzupełnienie § 7 projektu umowy poprzez dodanie postanowienia o następującej treści: „Przed złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia Udzielający zamówienia zobowiązany jest uprzednio wezwać Przyjmującego zamówienie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, do usunięcia naruszeń w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Rozwiązanie Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia może nastąpić wyłącznie po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.”?

Odpowiedź:

Udzielający zamówienia wyraża zgodę na uzupełnienie § 7 projektu umowy zgodnie z propozycją. W związku z powyższym w umowie zostanie dokonana zmiana poprzez dodanie ust. 5 w § 7 o treści:

„5. Przed złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia Udzielający zamówienia zobowiązany jest uprzednio wezwać Przyjmującego zamówienie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, do usunięcia naruszeń w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Rozwiązanie Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia może nastąpić wyłącznie po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.”

Pytanie 7



tel. 17 22 18 312
fax 17 22 18 929



kontakt@zozropczyce.pl
www.zozropczyce.pl



ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 54, 39-100 Ropczyce
NIP: 8181429388, REGON: 690692118

Oferent zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert co najmniej do dnia 14.04.2026 r. Odpowiedzi na pytania dotyczące SWK oraz projektu umowy mogą mieć istotny wpływ na ocenę możliwości udziału w postępowaniu, sposób kalkulacji oferty oraz jej ostateczny zakres. W szczególności wyjaśnienia dotyczące obowiązków związanych z serwisem aparatury RTG należącej do Udzielającego zamówienia mają znaczenie dla podjęcia decyzji o złożeniu oferty. Wydłużenie terminu składania ofert pozwoli na przygotowanie oferty w sposób kompletny i zgodny z ostateczną treścią warunków konkursu.

Odpowiedź:

Udzielający zamówienia wyraża jednocześnie dokonuje zmiany w ogłoszeniu z dnia 2.04.2026 r..

W ogłoszeniu zmienia się pkt. 3 i otrzymuje brzmienie:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonej hasłem:

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań Rentgenodiagnostyki obrazowej (RTG) zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWK” do dnia 14.04.2026 r. godz. 12:00”

w Sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach lub przesłać pocztą na adres:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54, 39-100 Ropczyce.

W ogłoszeniu zmienia się pkt. 4 i otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.04.2026 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Udzielającego Zamówienie”.

Pytanie 8

Czy pracownia RTG ma być zintegrowana z systemem szpitalnym? Jeśli tak to proszę podać jaki system jest w szpitalu?

Odpowiedź:

Pracownia RTG ma być zintegrowana z systemem szpitalnym: Asseco AMMS

Ponadto Udzielający zamówienia dokonuje zmiany w §2 ust.2 w ten sposób, że otrzymuje on treść:

„2. Przyjmujący zamówienie zapewnia wykonanie badania całodobowo i 7 dni w tygodniu oraz uzyskania wyniku/opisu w terminie:

- a) do 24 godzin od momentu wykonania badania,
- b) do 2 godzin od momentu wykonania badania w przypadku skierowań oznaczonych jako „pilne” lub „cito”.

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Ropczycach